



АЛКОТЕКТОР
ЗА ТРЕЗВОСТЬ НА ДОРОГАХ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОТЕКТОР»
(ООО «АЛКОТЕКТОР»)

Адрес места нахождения: 191036, Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10 Литер А, пом. 2-Н,
Почт. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д. 5-7,
телефон/факс (812) 320-22-97, e-mail: info@alcotector.ru, www.alcotector.ru
ОКПО 82139963; ОГРН 1077847551429; ИНН/КПП 7842365421/784201001

Исх. № 204 от 13.12.2023

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ

[О внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011]


Настоящим уведомляем о внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011] (далее – анализаторы), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 50041-17 и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13090). Изменения не связаны с изменениями технических, метрологических и иных характеристик анализаторов, порядка использования анализаторов, их технического обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации. Ниже приведен текст изменений.


ИЗМЕНЕНИЕ № 5 к документу:

«Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011. Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001РЭ, ЛНБА.941433.001-01РЭ».

Изменение № 5 оформлено на основании извещения об изменении ЛНБА.55-2023 от 13.12.2023.

1 Следующие изменения распространяются на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011, начиная с заводского номера 016405:

Титульный лист. Исключить знак соответствия в системе ГОСТ Р: .


Пункт 1.5.2. Седьмое перечисление. Исключить слова: «знак соответствия в системе ГОСТ Р: ».


ИЗМЕНЕНИЕ № 3 к документу:

«Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011. Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001-02РЭ».

Изменение № 3 оформлено на основании извещения об изменении ЛНБА.55-2023 от 13.12.2023.

1 Следующие изменения распространяются на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011, начиная с заводского номера 016405:

Титульный лист. Исключить знак соответствия в системе ГОСТ Р: .

Пункт 1.5.2. Седьмое перечисление. Исключить слова: «знак соответствия в системе ГОСТ Р: ».

Генеральный директор



А. С. Сидоров