

Общество с ограниченной ответственностью
«АЛКОТЕКТОР»

Адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н
Почт. адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. р. Смоленки, д 5-7,
телефон/факс (812) 320-22-97
ИНН 7842365421 КПП 784201001

Исх. № 126 от 10.07.2017

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ


[О внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К»]

Настоящим уведомляем о внесении изменений в эксплуатационную документацию на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К» (далее – анализаторы), зарегистрированные в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под № 50041-17 и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13090. Изменения не связаны с изменениями технических, метрологических и иных характеристик анализаторов, порядка использования анализаторов, их технического обслуживания, транспортирования, хранения и утилизации. Ниже приведен текст изменений.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к документу «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К». Руководство по эксплуатации. ЛНБА.941433.001РЭ», 2017 г.

Изменение № 1 оформлено на основании извещения об изменении ЛНБА.6.2/3-17 от 01.06.2017.

1 Следующие изменения распространяется на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П», начиная с заводского номера 006207:

Титульный лист. Дополнить знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза: 
Титульный лист. Наименование документа. Изложить в следующей редакции: «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П» по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011».

Введение. Первый абзац. После слов «Юпитер-П» вставить «по ТУ 26.60.12-001-82139963 с принадлежностями».


Пункт 1.1.11. После обозначения стандарта «ГОСТ Р 50267.0» дополнить «, ГОСТ Р 50444, ГОСТ ИЕС 60601-1-1».

Пункт 1.2.22. Таблица 3. Первый столбец. Третий строка. Дополнить «(без термобумаги)».

Пункт 1.5.1. Изложить в следующей редакции:

«На передней и боковой панели анализатора нанесена следующая обязательная маркировка:









- 1) обозначение кнопок;
- 2) сокращенное обозначение анализатора: АЛКОТЕКТОР®
ЮПИТЕР;

- 3) обозначение порта мини USB: ;
- 4) номинальное питающее напряжение и род тока».

2 Следующие изменения распространяется на анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе «АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-К», «Юпитер-П», начиная с заводского номера 006820:


Пункт 1.5.2. Изложить в следующей редакции:

«На задней панели анализатора нанесена следующая обязательная маркировка:

- 1) сокращенное обозначение анализатора: АЛКОТЕКТОР® ЮПИТЕР и обозначение технических условий;
- 2) краткая инструкция;
- 3) заводской номер анализатора: XXXXXX;
- 4) год изготовления ;
- 5) название изготовителя;
- 6) адрес изготовителя (только для исполнения «Юпитер-К»);
- 7) знак утверждения типа: , знак соответствия в системе ГОСТ Р: ; знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза: ;
- 8) символ изделия типа В: ;
- 9) символ "Запрещено выбрасывать. Требуется специальная утилизация": ;
- 10) символ «Обратитесь к эксплуатационным документам»: .

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к документу «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР» в исполнениях «Юпитер», «Юпитер-П», «Юпитер-К». Паспорт. ЛНБА.941433.001ПС», 2017 г.

Изменение № 1 оформлено на основании извещения об изменении ЛНБА.6.3/3-17 от 01.06.2017.

Титульный лист. Дополнить знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза: 
Титульный лист. Наименование документа. После слов «Юпитер-П» вставить «по ТУ 26.60.12-001-82139963-2011».

Пункт 1. Пятый абзац. Слова «Юридический адрес» заменить на «Адрес места нахождения».

Пункт 1. Шестой абзац. Слова «Адрес места нахождения» заменить на «Адрес для переписки».

Пункт 4.1. Таблица 4. Сноска 7. Слова «в виде единой брошюры» заменить на «в виде единого документа».

Пункт 8.3. Слова «в таблице 6» заменить на слова «в таблице 5»

Пункт 9.1. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Гарантийный срок хранения не менее 6 месяцев с даты, указанной в 9.7 паспорта».

Генеральный директор

Исп. Т.Н. Горячкина
Нач.отд. метрологии
(812) 320-22-96, доб. 221



А. С. Сидоров